

## 关于征集医疗设备供应商的通知

我院拟采一批设备,详见附表一:《设备需求表》,现在开始征集供应商,报名需提供:

1、医疗器械注册证(设备、专属耗材) 2、生产商资质 3、供应商资质 4、设备使用年限证明文件(红线标示:设备铭牌照片或说明书等官方文件) 5、产品(设备、专属耗材)授权书(适用于进口设备及耗材) 6、业务员授权书及社保缴费承诺函 7、法定代表人居身份证复印件 8、被授权人居身份证复印件 9、技术参数 10、配置清单 11、现行设备和耗材价格证明 3份(销售合同复印件) 12、收费项目明细(包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格) 13、与所报产品同型号用户名单 14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) 15、产品彩页 16、本项目鼓励中小微企业报名参加,请中小微企业提供声明和证明材料(生产企业及供应商均应为中小微企业)

以上资料,加上封皮及目录,扫描电子版在规定时间内发至医学装备部邮箱 srmsbj@126.com。邮件名称及 PDF 文档名称:项目编号+项目名称+公司名称,不需再交纸质版。要求封皮按照附件二《封皮》,首页按照附件三《报名表》制作。附件四《设备信息表》以 excel 格式随报名资料一同发邮箱,名称:项目编号+项目名称+公司简称。

报名截止时间:2023年7月7日 16:30

报名地址:石家庄市建华南大街 365 号 医学装备部

联系电话:69088069

医学装备部

2023年7月3日

附表一：《设备需求表》

项目编号	项目名称	数量	功能需求
230703-01I	可视穿刺系统	2	诊疗项目:经皮肾穿刺碎石取石术 适用范围:上泌尿系结石包括:输尿管上段结石、肾盂结石、多发肾结石、憩室结石、肾实质结石、小儿肾结石 基本功能:1. 可视穿刺功能。2. 微型经皮肾镜功能。3. 特殊病例(小儿肾结石、异位肾或者移植肾的结石等)的经皮肾手术。
230703-02I	胰岛素泵	4	诊疗项目:胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 适用范围:经皮下途径输注进行胰岛素治疗 基本功能:持续控制血糖、维持血糖稳定、全天稳定血糖。
230703-03I	血液净化机	1	适用范围:肝性脑病、肝衰竭、高胆红素血症、高胆汁酸血症等 基本功能:1. 不少于四个蠕动泵, 精度高、可靠性强, 可实现多种治疗模式。 2. 配备不少于3个高精度电子秤, 进出液平衡, 保障精确的治疗量。 3. 实时监测气泡、液面、漏血情况。 4. 实时监测管路中的动脉压、静脉压、一级膜外压、二级膜外压、滤器入口压、血浆入口压, 并自动计算跨膜压。 5. 全中文显示, 操作简单易懂。
230703-04I	成像控制器	1	诊疗项目:经口直视电子胆管镜检查、经口直视电子胰管镜检查 适用范围:肝内胆管结石、胆囊结石、不明原因的胰胆管狭窄等困难 ERCP 手术 基本功能:1. 具备图像显示放大/缩小功能, 调节档位数 $\geq 2$ 档。 2. 具备图像冻结/解除冻结模式。3. 具备图像显示边框调节模式, 可调节 $\geq 5$ 种模式。 4. 具备手动调节白平衡功能。5. LED光源具备独立开关。 6. 可调节光亮强度, 调节档位数 $\geq 3$ 档。 7. 视频输出格式 $\geq 2$ , 至少要求具备: DVI 和 CVBS 格式。 8. 24寸高清医用监视器, 视频高清录制盒, 内镜送水装置, 专用台车。
230703-05I	氩气刀	1	诊疗项目:切除消化道类病变 基本功能:1. 具有单极、双极功能。2. 可存储99组以上程序, 并可自主命名。 3. 可实现程序间自由切换。4. 故障报警。 5. 具有内镜下专用的内镜电切功能。6. 具有柔和电凝功能。 7. 具有内镜下息肉切除模式界面、十二指肠乳头切开模式界面。 8. 具有专为早癌治疗的ESD模式。9. 具有多种APC模式
230703-06I	超声手术系统	1	诊疗项目:骨科各种截骨减压及矫形手术, 包括:颈椎病椎板减压融合术、腰椎间盘突出椎间孔镜植骨融合内固定术、脊柱侧弯矫形手术等、手足外科各种切骨手术。 适用范围:适用于骨外科、手足外科、脊柱外科等手术。 基本功能:1. 利用超声完成骨组织的切割和破碎功能, 同时具备冲洗功能。 2. 主机重量轻便小巧, 方便移动, 具有连续工作模式。 3. 手柄纵向振动切骨, 无旋转; 内部无通水。 4. 手柄的水管连接方式: 外置进水管。 5. 切骨和磨骨使用同一手柄, 更换刀头时无需更换手柄; 且手柄和刀头分离, 可在术中迅速拆卸更换刀头。 6. 手柄支持压力蒸汽方式灭菌。

以下为第二、三次征集

项目编号	项目名称	数量	功能需求
230530-06 III	神经肌肉电刺激仪低频	2	<p>诊疗项目：低频脉冲电治疗</p> <p>适用范围：脑卒中导致的偏瘫，多发硬化性瘫痪，脊髓损伤引起的痉挛性瘫痪，帕金森病，肩关节脱位，习惯性便秘，神经源性膀胱，面神经麻痹，废用性肌萎缩，周围神经损伤导致的肌无力。</p> <p>基本功能：1. 增强局部血液淋巴等微循环达到消炎、止痛的功能。 2. 通过被动训练增加肌张力治疗肌萎缩同时恢复部分失神经功能。还可将神经接受的电信号沿感觉神经上传至中枢系统改善脑血液的循环促进脑出血、脑血栓病变细胞的恢复。 3. 保持肌肉的质量，保持和增加肌肉的活动度，促进自主肌肉控制，减少肌肉痉挛的症状。 4. 营养神经，刺激神经功能，引导其正常功能的作用，还可以抑制肌肉萎缩的症状。</p>
230530-07 III	远红外治疗仪	1	<p>适用范围：用于四肢肌肉的亚急性和慢性损伤，如肌肉劳损、挫伤、损伤性滑囊炎和关节损伤等；也可用于膝关节、脚趾、手指等较浅部位的慢性关节炎和关节病。</p> <p>基本功能：1. 远红外线产生热效应。 2. 可放松肌肉、有消炎作用、可缓解疼痛。</p>
230619-12 II	十八导动态心电图	5	<p>诊疗项目：18 导动态心电图检查</p> <p>适用范围：检测右室及左室后壁缺血情况；对冠心病、胸痛、不明晕厥、脐下疼痛等心脏疾病监测；对肺栓塞患者右室的早期预测</p> <p>基本功能：1. 采样位数：12bit、16bit、24bit 三档可调。 2. 常规采样率≥6000 点。 3. 18 导同步采集，记录及可分析时间≥24 小时。 4. 数据传输方式：读卡器传输，USB 传输，记录器存储容量≥8GB。 5. 监测部位：同步监测含 12 导联动态心电图在内，并增加左室正后壁及右室情况。 6. 支持 18 导全导联预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联。 7. 提供所有聚类模板无延迟同步叠加功能，瞬时可查看所有模板同步叠加情况，并支持单独模板 DEMIX（反混淆叠加）功能；支持 18 导联任一导联重新聚合功能。 8. 支持聚类模板精细化分类调整功能，可将近似形态心搏二次分离。 9. 支持多种散点图及散点图圈选（或框选）编辑功能。 10. 支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、传导阻滞事件识别。 11. 提供心率变异时域和频域、心率震荡、心率加速力和减速力等多种高级功能。 12. 提供可程式自动结论，并具有逻辑功能，支持自动结论阈值自定义（包括条件增加及改变）。 13. 支持生成多种形式电子版报告。</p>

附件二：《封皮》

项目编号\_\_\_\_\_

项目名称\_\_\_\_\_

公司名称\_\_\_\_\_

业务员姓名\_\_\_\_\_联系电话\_\_\_\_\_

附件三：

### 报 名 表

项目编号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

生产厂家：\_\_\_\_\_

业务员姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

序号	资料名称	页码	审查结果
1	医疗器械注册证（设备、专属耗材）		
2	生产商资质（中小微企业声明函）		
3	供应商资质（中小微企业声明函）		
4	设备使用年限（红线标示）证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件）		
5	产品（设备、专属耗材）授权书（适用于进口设备及耗材）		
6	业务员授权书及社保缴费承诺函		
7	法定代表人居民身份证复印件		
8	被授权人居民身份证复印件		
9	技术参数		
10	配置清单		
11	现行设备和耗材价格证明 3 份（销售合同复印件）		
12	收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格）		
13	与所报产品同型号用户名单		
14	售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)		
15	产品彩页		
16	其他		

设备名称(注册证名称)：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

